

Приложение 33

Технические характеристики медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ло та	Наименование	Ед. изм.(модель)	К-во
33	Кардиостимулятор в комплекте для однокамерной стимуляции сердца в частотно-адаптивном режиме (SSIR)	VVIR	90

2. Технические требования:

- 1.1 Программируемый однокамерный режим работы
- 1.2 Тип коннектора IS-1-3,2 мм.;
- 1.3 Стерильная поставка биполярных эндокардиальных: желудочковый электрод со стероидным покрытием (100 штук), из них желудочковые с активной фиксацией (100 шт), разрывные интродьюсеры совместимые с предлагаемым электродом.
- 1.4 Средний срок службы ЭКС при 100% стимуляции при ширине импульса не менее 0,40-0,50 мс, с амплитудой не менее 2,0-2,5 В при сопротивлении 900 – 1000 Ом не менее 9 – 10 лет;
- 1.5 Наличие функции для сокращения ненужной стимуляции ПЖ (типа Rate Hysteresis или аналогичной).

Приложение 34

Технические характеристики медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ло та	Наименование	Ед. изм.(модель)	К-во
34	Кардиостимулятор в комплекте для постоянной бифокальной (предсердно-желудочковой) стимуляции сердца в режиме DDDR.	DDDR	200

2. Технические требования:

2.1 Программируемый двухкамерный режим работы частотно – адаптивный (DDDR);
2.2 Тип коннектора IS-1-3,2 мм.
2.3 Стерильная поставка в комплекте биполярных электродов из них: предсердные с активной фиксацией (220 шт), желудочковые с активной фиксацией (220 шт), разрывные интродьюсеры совместимые с предлагаемым электродом.
2.4 Средний срок службы ЭКС при 100% стимуляции при ширине импульса не менее 0,40-0,50 мс, с амплитудой не менее 2,0-2,5 В при сопротивлении 900 – 1000 Ом не менее 9 – 10 лет.
2.5 Наличие функции сокращения ненужной стимуляции ПЖ. AV Search или аналогичных

Технические характеристики медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ло та	Наименование	Ед. изм.(модель)	К-во
35	Кардиостимулятор в комплекте для постоянной бифокальной (предсердно-желудочковой) стимуляции сердца для пациентов с предсердными нарушениями ритма в режиме DDDR.	DDDR	80

2. Технические требования:

3.1 Программируемая двухкамерная (предсердно-желудочковая) стимуляция сердца с частотной адаптацией;

3.2 Средний срок работы кардиостимулятора при 100% стимуляции при ширине импульса не менее 0,4 – 0,5 мс., амплитуде желудочков не менее 2-2,5 В и предсердий не менее 1,2-1,5 В при сопротивлении 900-1000 Ом не менее 9-10 лет;

3.3 Наличие специализированного алгоритма для предотвращения избыточной стимуляции правого желудочка (MVP, Rythm IQ или аналогичных);

3.4 Стерильная поставка в комплекте биполярных электродов из них: предсердные с активной фиксацией (90 шт), желудочковые с активной фиксацией (90 шт), разрывные интродьюсеры совместимые с предлагаемым электродом;

Приложение 36

Технические характеристики медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ло та	Наименование	Ед. изм.(модель)	К-во
36	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный	VVIR	1

2. Технические требования:

- 5.1. Наличие следующих режимов стимуляции: VVI, VVIR, VOO.
- 5.2. Стерильная поставка в комплекте с ИКД с коннектором DF-4, биполярный дефибриллирующий электрод со стероидным покрытием для ПЖ с коннектором DF-4, с активной фиксацией, разрывной интродьюсер соответствующего диаметра, совместимый с предлагаемым электродом
- 5.3. Расчетный срок службы устройства при 100% стимуляции в режиме VVI и нанесении максимального разряда дефибриллятора 5 раз в год при импедансе стимуляции 750 – 1000 Ом и амплитуде стимуляции 2,5 -3,0 В, при ширине импульса не менее 0,4-0,5 мс, не менее 8,0 лет.
- 5.4. Возможность проведения антитахикардической терапии в зоне фибрилляции желудочков во время зарядки ИКД
- 5.5 Наличие автоматического алгоритма обеспечивающего гибкую настройку сверхчувствительности к высокому зубцу Т без изменения общей чувствительности.

Технические характеристики медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ло та	Наименование	Ед. изм.(модель)	К-во
37	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный.	DDDR	6

2. Технические требования:

- 6.1. Стерильная поставка в комплекте ИКД с коннектором DF-4, предсердный электрод с активной фиксацией (6 шт), биполярный дефибриллирующий электрод со стероидным покрытием для ПЖ с коннектором DF-4, с активной фиксацией (6 шт), разрывные интродьюсеры соответствующего диаметра, совместимые с предлагаемым электродом.
- 6.2. Расчетный срок службы устройства при 100% стимуляции в режиме DDD и нанесении максимального разряда дефибриллятора 5 раз в год при импедансе стимуляции 750 – 1000 Ом и амплитуде стимуляции 2,5 -3,0 В, при ширине импульса не менее 0,4-0,5 мс, не менее 8,0 лет.
- 6.3. Частотный гистерезис с поиском спонтанного ритма, возможность работы в условиях частотной адаптации с программируемой степенью снижения частоты стимуляции
- 6.4. Функции переключения режима стимуляции при распознавании фибрилляции предсердий (предсердной тахикардии).
- 6.5. Ежедневное измерение импеданса электродов с предоставлением информации в цифровом и графическом варианте
- 6.6. Ежедневное измерение амплитуды собственных предсердных и желудочковых сигналов с предоставлением информации в цифровом и графическом варианте
- 6.7. Наличие специализированного алгоритма для предотвращения избыточной стимуляции правого желудочка (MVP, Rythm IQ или аналогичных)
- 6.8. Наличие автоматического алгоритма обеспечивающего гибкую настройку сверхчувствительности к высокому зубцу Т без изменения общей чувствительности